

Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №10» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ПРОТОКОЛ

обґрунтування технічних, якісних, кількісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі та застосування процедури закупівлі відкриті торги з особливостями.

м. Київ

02.05.2025 р.

№ 12/25-аВТп

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №10» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Місцезнаходження: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 59-Б.

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 01993931

Предмет закупівлі: Вироби медичного призначення за ДК 021:2015 33140000-3 — Медичні матеріали (НК 024 :2023 47540-Голка для біопсії м'яких тканин одноразового використання (Голка CHIBA 18G x 200 мм для аспіраційної цитогістологічної біопсії, Голка для гільйотинної біопсії м'яких тканин C14 (20 см),11305 Дренажна трубка для закритої рани або 37482 – Плевральний катетер (Комплект для трансдермального дренажу, одноступінчатий метод 12FP, Комплект для трансдермального дренажу, одноступінчатий метод 9F, Комплект для трансдермального дренажу, двоступінчатий метод 12F, Комплект для трансдермального дренажу, двоступінчатий метод 16F).

Вид закупівлі: відкриті торги з особливостями

Орієнтовний початок проведення: травень 2025 року

Кількість товару: зазначена в Табл.1

Місце поставки товару: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 59-Б

Строки поставки товарів: протягом 2025 року

Обґрунтування застосування процедури закупівлі:

Процедура закупівлі визначена відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178.

Обґрунтування доцільності закупівлі:

На підставі річної потреби безперебійного функціонування лікарні та з метою забезпечення якісного надання медичної допомоги пацієнтам в період воєнного часу, виникла необхідність у закупівлі витратного матеріалу для кабінетів УЗД та ендоскопії.

Обґрунтування обсягів закупівлі:

Обсяг закупівлі розрахований відповідно до річної наданої потреби УЗД та ендоскопії з урахуванням фактичних витрат минулого періоду.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі відповідають потребам замовника та вимогам чинного законодавства і зазначені в Додатку 3 до тендерної документації.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі:

№ п/п	Код НК 024:2023	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Технічна характеристика
1	47540 - Голка для біопсії м'яких тканин одноразового використання	Голка для біопсії Чіба (Chiba) 18G x 200 мм	шт	120	Голка повинна бути типу «Chiba» для аспіраційної цитогістологічної біопсії, проведення місцевої анестезії, введення контрастної речовини, забору амніотичної рідини, введення етанолу та для різних видів пункцій . Канюля повинна мати сантиметрове маркування, обмежувач глибини введення та Луер-Лок. Повинна мати внутрішній ехо-маркер, який посилює візуалізацію під контролем УЗД та запобігати розповсюдженню пухлинних клітин при проведенні біопсії. Стилет повинен бути пофарбований у відповідний колір згідно міжнародним кольоровим

					кодуванням діаметрів. Розмір повинен бути 18G довжина не менше 200мм Голка повинна бути тільки для одноразового використання.
2	47540 - Голка для біопсії м'яких тканин одноразового використання	Голка 14G x 200 мм для біопсії м'яких тканин, сумісна з біопсійною системою	шт	36	Голка повинна бути одноразова, стерильна для біопсії м'яких тканин, що сумісна з автоматичною біопсійною системою BARD® MAGNUM®, розмір 14G, довжина 200 мм з кольоровим кодуванням на кожній голці для зручності ідентифікації. Повинна мати сантиметровий маркер, що дозволить контролювати глибину введення та гострий троакар для забору зразків з мінімальною деформацією. Наявність маркування на кінці голки, що дозволить коректувати розміщення голки під контролем УЗД. Голка повинна бути упакована разом зі спейсером, який дозволяє зберегти взаємне розташування стилета і канюлі при введенні в тіло пацієнта і при установці в біопсійну систему BARD® MAGNUM®
3	11305- Дренажна трубка для закритої рани або 37482 – Плевральний катетер	Комплект для трансдермального дренажу, одноступінчатий метод 12FP	шт	60	Комплектуючі набору:- катетер типу "pigtail" - двокомпонентна голка - затискач - муфта Розмір катетера-12F; Довжина катетера(см)-26; Розмір двокомпонентної голки-15G. Продукт стерильний, стерилізований етиленоксидом, нетоксичний, одноразового використання. Комплект для трансдермального дренажу, одноступінчатий метод застосовують для відведення рідини з плеври, очеревини одноразово або безперервно. Комплект може бути використаний у разі евакуації або безперервного промивного дренирування резервуарів рідини у внутрішніх органах (абсцеси, гематоми органів черевної порожнини, легенів та головного мозку) і таких процедур, як: перикардіоцентез, дренирування (одноразове або безперервне) резервуарів рідини в скелетних і міжфасціальних м'язах, дренирування сечостатевої системи (ниркові миски - нефростомія і сечовий міхур - надлобкова цистостомія), гастростомія або харчова ілеостомія
4	11305- Дренажна трубка для закритої рани або 37482 –	Комплект для трансдермального дренажу, одноступінчатий метод 9F	шт	60	Комплектуючі набору:- катетер типу "pigtail" - двокомпонентна голка - затискач - муфта

	Плевральний катетер				Розмір катетера-9F; Довжина катетера(см)-26; Розмір двокомпонентної голки-15G. Продукт стерильний, стерилізований етиленоксидом, нетоксичний, одноразового використання. Комплект для трансдермального дренажу, одноступінчатий метод застосовують для відведення рідини з плеври, очеревини одноразово або безперервно. Комплект може бути використаний у разі евакуації або безперервного промивного дренування резервуарів рідини у внутрішніх органах (абсцеси, гематоми органів черевної порожнини, легенів та головного мозку) і таких процедур, як: перикардіоцентез, дренування (одноразове або безперервне) резервуарів рідини в скелетних і міжфасціальних м'язах, дренування сечостатевої системи (ниркові миски - нефростомія і сечовий міхур - надлобкова цистостомія), гастростомія або харчова ілеостомія
5	11305- Дренажна трубка для закритої рани або 37482 – Плевральний катетер	Комплект для трансдермального дренажу, двоступінчатий метод 12F	шт	36	Двоступінчатий метод черезшкірного дренажу використовується для вилучення плевральної рідини методом одного підходу або безперервним методом. Набір можна використовувати для одноразового або постійного іригаційного дренування рідин з порожнин органів тіла. Вигнутий кінець катетера дозволяє уникнути його зміщення в тканинах. Його гладка поверхня, тонкі стінки і великі бічні отвори роблять дренаж ефективним протягом тривалого періоду часу. Комплектуючі набору:• катетер типу "прямий" (straight).Розмір катетера-12F • голка 18 (Г) G x 7 см • двокомпонентна голка • провідник .035'' x 60 см • дилататор-18см • односторонній запірний кран • з'єднувальна трубка • затискач • муфта
6	11305- Дренажна трубка для закритої рани або 37482 – Плевральний катетер	Комплект для трансдермального дренажу, двоступінчатий метод 16F	шт	24	Двоступінчатий метод черезшкірного дренажу використовується для вилучення плевральної рідини методом одного підходу або безперервним методом. Набір можна використовувати для одноразового або постійного іригаційного

					або постійного іригаційного дренажу рідин з порожнин органів тіла. Вигнутий кінець катетера дозволяє уникнути його зміщення в тканинах. Його гладка поверхня, тонкі стінки і великі бічні отвори роблять дренаж ефективним протягом тривалого періоду часу. Комплектуючі набору: • катетер типу "прямий" (straight). Розмір катетера- 16F • голка 18 (Г) G x 7 см • двокомпонентна голка • провідник .035'' x 60 см • дилататор-18см • односторонній запірний кран • з'єднувальна трубка • затискач • муфта
--	--	--	--	--	---

Примітка: У разі, якщо у даних технічних та якісних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні та якісні вимоги містять вираз «(або еквівалент)».

Очікувана вартість предмета закупівлі вирахована відповідно до моніторингу ринкових цін, з урахуванням вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» методом порівняння ринкових цін і становить 602 000,00 грн. з ПДВ.

Уповноважена особа



Владлена Прокопенко