

Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №10» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ПРОТОКОЛ

обґрунтування технічних, якісних, кількісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі та застосування процедури закупівлі відкриті торги з особливостями.

м. Київ

02.06.2025 р.

№ 14/25-аВТп

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №10» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Місцезнаходження: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 59-Б.

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 01993931

Предмет закупівлі: Вироби медичного призначення за ДК 021:2015:33160000-9 — Устаткування для операційних блоків

Код НК 35615 - Скоба хірургічна, що не розсмоктується (Картридж для лінійних зшиваючих апаратів одноразового використання стерильний, 45 мм*3,8 мм, картридж для лінійних зшиваючих апаратів одноразового використання стерильний, 60 мм*4,5 мм, Касета з полімерними кліпсами для лапароскопічних і відкритих операцій, розмір L, товщина захвату судин або тканини 5-13 мм.)

код НК 45183 - Ручний хірургічний степлер, разового застосування(Лінійний зшиваючий апарат з картриджами одноразового використання стерильний, 60 мм*4,5 мм., Лінійний зшиваючий апарат з картриджами одноразового використання стерильний, 45 мм*3,8 мм)

код НК 59873 - Степлер лінійний ручний для відкритих операцій одноразового використання (Лінійний зшиваючо-ріжучий апарат 75 мм з регульованою висотою закриття скобок)

код НК 38817 - Ендоскопічний електрохірургічний діатермічний електрод, одноразовий(Нейтральний електрод)

Вид закупівлі: відкриті торги з особливостями

Орієнтовний початок проведення: червень 2025 року

Кількість товару: зазначена в Табл.1

Місце поставки товару: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 59-Б

Строки поставки товарів: протягом 2025 року

Обґрунтування застосування процедури закупівлі:

Процедура закупівлі визначена відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178.

Обґрунтування доцільності закупівлі:

На підставі річної потреби операційного блоку, безперебійного функціонування лікарні та з метою забезпечення якісного надання медичної допомоги пацієнтам в період воєнного часу, є необхідність у закупівлі матеріалу для відновлювальної хірургії.

Обґрунтування обсягів закупівлі:

Обсяг закупівлі розрахований відповідно до річної наданої потреби операційного блоку з урахуванням фактичних витрат минулого періоду.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі відповідають потребам замовника та вимогам чинного законодавства і зазначені в Додатку 3 до тендерної документації.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі:

№ п/п	Код НК 024:2023	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Технічна характеристика
1	35615 - Скоба хірургічна, що не розсмоктується	Картридж для лінійних зшиваючих апаратів одноразового використання стерильний Technoclip	шт	180	Змінні касети для лінійного зшиваючого апарату з картриджем для накладання анастомозу. Довжина розрізу не менше 45 мм, довжина шва не менше 42 мм. Наявність не менше 45 скоб висотою 3,8 мм.
2	35615 - Скоба хірургічна, що не	Картридж для лінійних зшиваючих апаратів одноразового	шт	180	Змінні касети для лінійного зшиваючого апарату з картриджем для накладання анастомозу. Довжина розрізу не менше 60 мм, довжина шва

	розсмоктується	використання стерильний Technoclip			не менше 53 мм. Наявність не менше 60 скоб висотою 4,5 мм.
3	45183 - Ручний хірургічний степлер, разового застосування	Лінійний зшиваючий апарат з картриджами одноразового використання стерильний Technoclip	шт	24	Лінійний зшиваючий апарат з картриджем для накладання анастомозу. Довжина шва не менше 53 мм. Попередньо заряджений, висота скоби 4,5 мм. Довжина апарату не менше 350 мм. Наявність режиму "авто/ручний", для позиціонування тканини. Призначений для використання у одного пацієнта.
4	45183 - Ручний хірургічний степлер, разового застосування	Лінійний зшиваючий апарат з картриджами одноразового використання стерильний Technoclip	шт	24	Лінійний зшиваючий апарат з картриджем для накладання анастомозу. Довжина шва не менше 42 мм. Попередньо заряджений, висота скоби 3,8 мм. Довжина апарату не менше 350 мм. Наявність режиму "авто/ручний", для позиціонування тканини. Призначений для використання у одного пацієнта.
5	59873 - Степлер лінійний ручний для відкритих операцій одноразового використання	Лінійний зшиваючо-ріжучий апарат 75mm (мм) з регульованою висотою закриття скобок, незаряджений	шт	1	Лінійний апарат, що зшиває і розтинає тканини, з довжиною робочої частини не менше 75 мм з функцією регулювання висоти закриття скобок для роботи з нормальними, потовщеними і товстими тканинами. Апарат повинен складатися з пасивної і касетної половин, що замикаються за допомогою замикаючого важеля. Наявність механізму регулювання висоти закриття скобок з 3 варіантами висоти закриття - для тканин нормальної товщини, потовщених і товстих тканин. Наявність маркування, що відповідає кожному варіанту висоти закриття скобок. Тривимірна форма закриття скобок. Важіль прошивання перекидний, для забезпечення можливості прошивання апаратом з обох сторін. Можлива довжина розтину до 78 мм, можлива довжина шву до 81 мм. Призначений для використання у одного пацієнта, стерильний.
6	35615 - Скоба хірургічна, що не розсмоктується	Полімерні лігатурні кліпси WECK Hem-o-lok®, що не розсмоктовуються, розмір L	шт	5	Касета з полімерними кліпсами. Кліпса по типу Hem-o-Lok, полімерна, розмір L, товщина захвату судин або тканин 5-13 мм, апертюра відкритої кліпси не більше 7,49 мм, довжина закритої кліпси не більше 12,50 мм, висота кліпси не більше 10,69 мм, по 6 шт у касеті, стерильні..
7	38817 - Ендоскопічний електрохірургічний діатермічний	Нейтральний електрод	Пак	24	Можливість використання для дітей та дорослих з вагою тіла не менше 5 кг. Контактна поверхня не менше 110 см ² . Загальна поверхня не менше 175 см ² . Одноразового використання

	й електрод, одноразовий				
--	----------------------------	--	--	--	--

Примітка: У разі, якщо у даних технічних та якісних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні та якісні вимоги містять вираз «(або еквівалент)».

Очікувана вартість предмета закупівлі вирахована відповідно до моніторингу ринкових цін, з урахуванням вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» та на підставі отриманих від учасників ринку комерційних пропозицій із зазначенням актуальних цін і становить 625 785,00 грн. з ПДВ.

Уповноважена особа



Владлена Прокопенко