

Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №10» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ПРОТОКОЛ

обґрунтування технічних, якісних, кількісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі та застосування процедури закупівлі відкриті торги з особливостями.

м. Київ

09.04.2025 р.

№ 11/25-аВТп

**Найменування:** Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №10» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

**Місцезнаходження:** 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 59-Б.

**Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:** 01993931

**Предмет закупівлі:** Реактиви лабораторні ДК 021:2015:33690000-3 Лікарські засоби різні

**Вид закупівлі:** відкриті торги з особливостями

**Орієнтовний початок проведення:** березень 2025 року

**Кількість товару:** зазначена в Табл.1

**Місце поставки товару:** 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 59-Б

**Строки поставки товарів:** протягом 2025 року

**Обґрунтування застосування процедури закупівлі:**

Процедура закупівлі визначена відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178.

**Обґрунтування доцільності закупівлі:**

На підставі наданої потреби завідуючої Клініко-діагностичної лабораторії Самченко О.М. для своєчасного проведення лабораторних досліджень, з метою забезпечення якісного надання медичної допомоги пацієнтам в період воєнного часу, виникла необхідність у закупівлі витратного діагностичного матеріалу.

**Обґрунтування обсягів закупівлі:**

Обсяг закупівлі розрахований відповідно до наданої потреби КДЛ з урахуванням фактичних витрат минулого періоду.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі відповідають потребам замовника та вимогам чинного законодавства і зазначені в Додатку 3 до тендерної документації.

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Табл.1

**Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі:**

№	Код національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»	Назва	Технічне завдання	Кількість	Од. виміру
1	58237 - Буферний розчинник зразків IVD (діагностика in vitro ), автоматичні/напівавтоматичні системи	ABX Minidil LMG 20 л (L), ізотонічний розчин	До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: Органічний буфер менше 1000 мл Консервант менше 20 мл. РН розчину повинен бути в діапазоні $6,96 \pm 0,1$ Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного серії ABX Micros 60	15	шт.
2	61165 - Реагент для лізису клітин крові IVD (діагностика in vitro )	ABX Minilyse LMG 1 л (L), лізуючий розчин	До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: Лізуюча речовина менше 1 мл Детергент менше 50 мл. РН розчину повинен бути в діапазоні $10,00 \pm 0,5$	7	шт.

			Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного серії ABX Micros 60		
3	59058 – Мийний / очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro ) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем	ABX Cleaner 1 л (L), ферментативний розчин	До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: Органічний буфер менше 50 мл Протеолітичний ензим менше 10 мл Консервант менше 10 мл. РН розчину повинен бути в діапазоні 8,00 ± 0,2 Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного серії ABX Micros 60	8	шт.
4	59058 – Мийний / очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro ) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем	ABX Minoclaire 0,5 л (L), розчин для промивки	До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: Агент хімічної очистки менше 25 мл Стабілізатор менше 5 мл. РН розчину повинен бути в діапазоні 12,50 ± 0,5 Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного серії ABX Micros 60	2	шт.
5	55873 - Загальний гемоглобін IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	Немо_Control Мікрокувета гемоглобінова, коробка 50 шт	Кількість мікрокувет в 1 наборі – 50 шт. Мікрокувети гемоглобінові використовуються для визначення рівня гемоглобіну. Мікрокувета повинна містити реагент та бути готовою до використання. Адаптовано для аналізатора вимірювання рівня гемоглобіну Немо Control	10	набір

Очікувана вартість предмета закупівлі вирахована відповідно до моніторингу ринкових цін, з урахуванням вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.08.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» методом порівняння ринкових цін і становить 100800,00 грн. з ПДВ.

Уповноважена особа



Владлена Прокопенко