

Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №10» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ПРОТОКОЛ

обґрунтування технічних, якісних, кількісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі та застосування процедури закупівлі відкриті торги з особливостями.

м. Київ

01.05.2026 р.

№ 10/26-аВТп

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №10» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Місцезнаходження: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 59-Б.

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 01993931

Предмет закупівлі: Відсмоктувач медичний, згідно ДК 21:2015 33160000-9 Устаткування для операційних блоків

Вид закупівлі: відкриті торги з особливостями

Орієнтовний початок проведення: травень 2026 року

Кількість товару: зазначена в Табл.1

Місце поставки товару: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 59-Б

Строки поставки товарів: протягом 2026 року

Обґрунтування застосування процедури закупівлі:

Процедура закупівлі визначена відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178.

Обґрунтування доцільності закупівлі:

Відсмоктувач медичний призначений для відсмоктування біологічних рідин (кров, слиз, гній), повітря з ран та порожнин під час проведення оперативних втручань, маніпуляцій, а також у післяопераційному періоді.

Використання обладнання є необхідним для:

забезпечення безперервності лікувально-діагностичного процесу;

проведення хірургічних втручань та інвазивних процедур;

надання невідкладної медичної допомоги;

дотримання санітарно-епідеміологічних вимог та стандартів безпеки пацієнтів.

Відсутність або недостатня кількість відсмоктувачів може призвести до:

ускладнення проведення медичних маніпуляцій;

підвищення ризику інфекційних ускладнень;

зниження якості та оперативності надання медичної допомоги.

На підставі потреби, є необхідність у закупівлі матеріалу для відновлювальної хірургії.

Обґрунтування обсягів закупівлі:

Обсяг закупівлі у кількості 5 одиниць сформован з урахуванням:

оснащення кількох структурних підрозділів (операційна, ендоскопічний кабінет, процедурні, реанімація тощо);

необхідності резервного обладнання на випадок поломки або технічного обслуговування;

забезпечення безперервної роботи у змінному режимі;

інтенсивності використання та зносу обладнання.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі відповідають потребам замовника та вимогам чинного законодавства і зазначені в Додатку 3 до тендерної документації.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі:

2. Загальні відомості :

№	Загальні відомості	Ступінь інформації	Дані приладу
1.	Фірма виробник обладнання	вказати	
2.	Країна-виробник	вказати	
3.	Модель	вказати	
4.	Гарантійний термін експлуатації	Не менше 24 місяців	

3. Комплектація :

№	Найменування	Кількість	Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації
1	Відсмоктувач медичний	1 шт.	
2	Гнучка трубка	1 к-т.	
3	Повітряний фільтр	2 шт.	
4	Запобіжник	2 шт.	
5	Абдомінальна всмоктувальна трубка для дорослих	1 шт.	
6	Шнур живлення	1 шт.	
7	Педальний перемикач	1 шт.	
8	Інструкція з експлуатації	1 екз.	

4. Технічні параметри:

№	Найменування	Кількість	Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації
1	Діапазон регулювання вакууму, МПа	не гірше від 0,02 до 0,08	
2	Об'єм ємності для відсмоктування, мл	не менше 2500	
3	Кількість ємностей для відсмоктування, шт	не менше 2	
4	Максимальний потік по повітрю, л/хв	не менше 40	
5	Максимальний потік по рідині, л/хв	не менше 16	
6	Безмасляний поршневий вакуумний насос	наявність	
7	Поплавковий пристрій, що запобігає переповненню ємності та потрапляння рідини в насос	наявність	
8	Оснащений коліщатами для транспортування	наявність	
9	Фільтр, що запобігає бактеріальному забрудненню	наявність	
10	Підвищення температури клапанів при роботі двигуна	не більше ніж до 40 градусів	
11	Для запобігання окислення і залипання, клапана повинні бути виготовлені з пластику	наявність	
12	Трійник з'єднання клапанів виконаний з металу	наявність	
13	Напруга живлення, В	220	
14	Частота, Гц	50	
15	Споживана потужність, ВА	не більше 200	
16	Рівень шуму, дБ(А)	не більше 65	
17	Маса, кг	не більше 20	
18	Габаритні розміри, (мм)	не більше 380×350×800	

Примітка: У разі, якщо у даних технічних та якісних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні та якісні вимоги містять вираз «(або еквівалент)».

Очікувана вартість предмета закупівлі врахована відповідно до моніторингу ринкових цін, з урахуванням вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета

закупівлі» та на підставі отриманих від учасників ринку комерційних пропозицій із зазначенням актуальних цін і становить 62 000,00 грн. з ПДВ.

Уповноважена особа



Владлена Прокопенко