

Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №10» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ПРОТОКОЛ

обґрунтування технічних, якісних, кількісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі та застосування процедури закупівлі відкриті торги з особливостями.

м. Київ

18.03.2026 р.

№ 04/26-аВТп

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №10» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Місцезнаходження: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 59-Б.

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 01993931

Предмет закупівлі: Вироби медичного призначення за ДК 021:2015 33140000-3 — Медичні матеріали.

Вид закупівлі: відкриті торги з особливостями

Орієнтовний початок проведення: березень 2026 року

Кількість товару: зазначена в Табл.1

Місце поставки товару: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 59-Б

Строки поставки товарів: протягом 2026 року

Обґрунтування застосування процедури закупівлі:

Процедура закупівлі визначена відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178.

Обґрунтування доцільності закупівлі:

На підставі річної потреби для безперебійного функціонування лікарні та з метою забезпечення якісного надання медичної допомоги пацієнтам в період воєнного часу, виникла необхідність у закупівлі витратного матеріалу для кабінетів УЗД та ендоскопії.

Обґрунтування обсягів закупівлі:

Обсяг закупівлі розрахований відповідно до річної наданої потреби УЗД та ендоскопії з урахуванням фактичних витрат минулого періоду.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі відповідають потребам замовника та вимогам чинного законодавства і зазначені в Додатку 3 до тендерної документації.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі:

№ п/п	Код НК 031:2024	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Технічна характеристика	Відповідність (Так/Ні)
1	A010201 ГОЛКИ І НАБОРИ – ГІСТОЛОГІЧН А І ЦИТОЛОГІЧНА БІОПСІЯ М'ЯКИХ ТКАНИН"	Голка 18G x 200 мм для аспіраційної цитогістологічної біопсії	шт	90	Голка повинна бути типу «Chiba» для аспіраційної цитогістологічної біопсії, проведення місцевої анестезії, введення контрастної речовини, забору амніотичної рідини, введення етанолу та для різних видів пункцій . Канюля повинна мати сантиметрове маркування, обмежувач глибини введення та Луер-Лок. Повинна мати внутрішній ехо-маркер, який посилює візуалізацію під контролем УЗД та запобігати розповсюдженню пухлинних клітин при проведенні біопсії. Стиллет повинен бути пофарбований у відповідний колір згідно міжнародним кольоровим кодуванням діаметрів. Розмір повинен бути 18G довжина не більше 200 мм Голка повинна бути тільки для одноразового використання.	

2	А06-ПРИСТРОЇ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ І ЗБОРУ РІДИНИ	Комплект для трансдермального дренажу, двоступінчатий метод	шт	24	Комплектуючі набору: катетер типу "прямий" (straight) 12F, голка 18 (Г) G x 7 см, двокомпонентна голка 15G, провідник .035'' x 60 см, дилататор 18 см, односторонній запірний кран, з'єднувальна трубка, затискач, муфта
3	А06-ПРИСТРОЇ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ І ЗБОРУ РІДИНИ	Комплект для трансдермального дренажу, одноступінчатий метод	шт	110	Комплектуючі набору: катетер типу "pigtail" розмір 12F, довжина 26 см, двокомпонентна голка розмір 15G, затискач, муфта
4	А06-ПРИСТРОЇ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ І ЗБОРУ РІДИНИ	Комплект для трансдермального дренажу, одноступінчатий метод	шт	210	Комплектуючі набору: катетер типу "прямий" (straight) розмір 9F, довжина 26 см, двокомпонентна голка розмір 15G, затискач, муфта
5	А06-ПРИСТРОЇ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ І ЗБОРУ РІДИНИ	Комплект для трансдермального дренажу, двоступінчатий метод	шт	24	Комплектуючі набору: катетер типу "прямий" (straight) 16F, голка 18 (Г) G x 7 см, двокомпонентна голка 15G, провідник .035'' x 60 см, дилататор 18 см, односторонній запірний кран, з'єднувальна трубка, затискач, муфта
6	А0102010101 РІЗУЧІ БІОПСІЙНІ ГОЛКИ	Голка для біопсії м'яких тканин, сумісна з біопсійними системами, 14G x200 мм	шт	90	Голка має бути призначена для біопсії м'яких тканин та повинна бути сумісна з автоматичною багаторазовою системою Palium та MAGNUM BARD. Повинна мати внутрішній ехо-маркер, що підсилює візуалізацію під контролем УЗД і запобігає розповсюдженню пухлинних клітин при проведенні біопсії. Стилет повинен мати потрібну ультра гостру заточку для оптимального введення навіть у фіброзні утворення та виїмку для зразка довжиною 20 мм. Розмір голки має бути: 14 G, довжина не менше 200 мм.
7	А019012 ГОЛКИ І СИСТЕМИ ДЛЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВУЗЛІВ ТА ІНШИХ СТРУКТУР У МОЛОЧНІЙ ЗАЛОЗІ	Маркер для тканин грудей, 17g x 10 cm	шт	5	Пристрій повинен бути стерильним, одноразового застосування, що складається з одноразового інтродьюсера і металевого біологічного маркера, що імплантується. Голка- інтродьюсер повинна мати контрольні позначки через кожен 1 см і ділянку підвищеної ехогенності на дистальному кінці, який полегшує розміщення голки та запобіжний вимикач на інтродьюсері, що сприяє запобіганню передчасного розкриття маркера. Маркер, що розташований всередині дистального кінця голки- інтродьюсера, повинен бути виготовлений з титану та мати стрічкоподібну форму. Товщина голка-інтродьюсера повинна бути 17g, а довжина 10 см

Примітка: У разі, якщо у даних технічних та якісних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні та якісні вимоги містять вираз «(або еквівалент)».

Очікувана вартість предмета закупівлі вирахована відповідно до моніторингу ринкових цін, з урахуванням вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» методом порівняння ринкових цін і становить 1 290 000,00 грн. з ПДВ.

Уповноважена особа



Владлена Прокопенко